



Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia pt. **Dostawa spektrometru ED-XRF do oznaczania części niepalnych w pyłe kopalnianym dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice – nr sprawy 462401290.**

Działając w oparciu o § 32 ust. 3 i 5 Regulaminu udzielania zamówień obowiązującym w Polskiej Grupie Górniczej Zamawiający odpowiada na zapytanie Wykonawcy oraz modyfikuje treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ):

Pytanie 1:

Zamawiający w Wykazie spełnienia istotnych dla Zamawiającego szczegółowych wymagań i parametrów techniczno-użytkowych wymaga następujących warunków środowiskowych pracy: 10-35°C, wilgotność ≤85%. Czy Zamawiający dopuści spektrometr, dla którego określone przez producenta warunki środowiskowe pracy wynoszą odpowiednio: 10-30°C, wilgotność <70%?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza spektrometr, dla którego warunki środowiskowe pracy wynoszą 10-30°C, wilgotność <70%. W związku z tym Zamawiający modyfikuje teść załącznika nr 1 pkt 3 (opis przedmiotu zamówienia), ppkt j), lp. 5 tabeli do SWZ nadając następujące brzmienie:

Lp.	Wyszczególnienie parametrów	Wymagane parametry przez Zamawiającego	Sposób potwierdzenia parametru	Oferowane parametry przez Wykonawcę
5	Warunki środowiskowe pracy	10-35°C, wilgotność ≤70%	Wpisać TAK lub NIE	

SWZ po modyfikacji zostaje umieszczona w Profilu nabywcy Zamawiającego.
Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

.....
Iwona Piwoń