



70/NLP/PG/3684/2025

Katowice, dnia 31.01.2025 r.

**Wykonawcy biorący  
udział w postępowaniu**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego nieobjętego ustawą Prawo zamówień publicznych pn.: **Dostawa aparatury elektronicznej do lokalizacji, identyfikacji oraz pomiaru wielkości elektrycznych: amperomierzy, woltomierzy itp. dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 332-2.**

**Nr postępowania: 702401753.**

Zamawiający działając w oparciu o **§32 ust. 2, 3 oraz 5** „Regulaminu udzielania zamówień w Polskiej Grupie Górniczej S.A.” odpowiada na zapytania Wykonawcy i modyfikuje treść Specyfikacji Warunków Zamówienia zgodnie z poniższym:

**Wniosek nr 1:**

W Specyfikacji Warunków Zamówienia, załącznik nr 1 do SWZ, pkt A, którym jest SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w tabeli z nazwą przedmiotu zamówienia dla **Zadania nr 12** czytamy:

Zadanie nr 12	
1	MIERNIK CYFROWY IMC-1 ISKROBEZPIECZNY; DO 60V DC/AC ia ;400mA; 40Ω; max zakres pom. 400V AC/DC; IP65 POMIAR PARAMTR.ELKTR

Zapis w powyższej tabeli jest niezrozumiały dla wymaganej maksymalnej wartości mierzonej rezystancji, który powinien brzmieć: **40MΩ**

Podobne błędne zapisy widnieją w Załączniku nr 2 do SWZ, którym jest FORMULARZ OFERTOWY oraz Załączniku nr 3 do SWZ gdzie opisane są wymagane parametry zamawianego urządzenia.

W związku z powyższym wnosimy o naniesienie zmian na brzmiące poprawnie w powyżej wymienionych zapisach.

**Odpowiedź:**

Zamawiający modyfikuje treść SWZ w następujący sposób:

**1) Załącznik nr 1 lit. A w zakresie zadania nr 12 otrzymuje brzmienie:**

Nr części zamówienia (zadanie)/ pozycja	Nazwa przedmiotu zamówienia	Szacunkowa ilość dostaw	Jednostka miary
<b>Zadanie nr 12</b>			
1	MIERNIK CYFROWY IMC-1 ISKROBEZPIECZNY <b>lub równoważny</b> ; DO 60V DC/AC ia ;400mA; <b>zakres pom. do 2MΩ lub więcej</b> ; max zakres pom. 400V AC/DC; IP65 POMIAR PARAMTR. ELKTR	9	szt.



**2) Załącznik nr 2 w zakresie zadania nr 12 otrzymuje brzmienie:**

Zadanie 12		Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto
12.1	MIERNIK CYFROWY IMC-1 ISKROBEZPIECZNY lub równoważny; DO 60V DC/AC ia ;400mA; zakres pom. do 2MΩ lub więcej; max zakres pom. 400V AC/DC; IP65 POMIAR PARAMTR.ELKTR	9,000 szt.	zł	zł
<b>Razem wartość części nr 12</b>				

**3) Załącznik nr 3 lit. A w zakresie zadania nr 12 otrzymuje brzmienie:**

Nr części zamówienia (zadania)/ pozycja	Parametry wymagane przez Zamawiającego	Parametry Oferowane przez Wykonawcę (wpisać oznaczenie równoważne i nazwę własną oferowanego wyrobu)***
<b>Zadanie nr 12</b>		
1	MIERNIK CYFROWY IMC-1 ISKROBEZPIECZNY <b>lub równoważny</b> ; DO 60V DC/AC ia ;400mA; <b>zakres pom. do 2MΩ lub więcej</b> ; max zakres pom. 400V AC/DC; IP65 POMIAR PARAMTR. ELKTR	

**Zamawiający informuje, że zmodyfikowana treść SWZ (tekst jednolity) jest dostępna do pobrania na stronie internetowej Zamawiającego oraz stanowi załącznik do niniejszego pisma.**

Przewodniczący Komisji Przetargowej