



## Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia nieobjętego Ustawą Prawo zamówień publicznych w temacie: Dostawa suszarek laboratoryjnych dla potrzeb Oddziałów PGG S.A. (nr postępowania: 472401384)

Zamawiający działając na podstawie §32 „Regulaminu udzielania zamówień w Polskiej Grupie Górniczej S.A.” udziela wyjaśnień treści SWZ oraz modyfikuje treść specyfikacji warunków zamówienia w następujący sposób:

### I. Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ:

**Pytanie:** Proszę o wskazanie czy poza litrażem istotne są dla Państwa także inne parametry suszarek, a jeśli tak proszę o wskazanie bliższych specyfikacji urządzeń, jak choćby temp. zakres pracy.

**Odpowiedź:** Parametry zostały określone są w załączniku nr 1 do SWZ punkt VI. Najistotniejszy parametr to zakres temperatury pracy: temp. otoczenia do +300°C oraz możliwość kontroli temperatury w +105°C (możliwość ustabilizowania temperatury w 105 stopniach).

### II. Modyfikacja treści SIWZ: Zmienia się treść zał. nr 1 do SWZ pkt. VI – Opis przedmiotu zamówienia, który otrzymuje brzmienie:

<b>Zadanie nr 1: Dostawa 6 szt. suszarek o pojemności min. 100l z naturalnym obiegiem powietrza.</b>
a) Min. 5 półek drucianych b) Naturalny obieg powietrza c) Obudowa z blachy malowanej proszkowo d) Komora robocza ze stali nierdzewnej e) Regulowana wysokość rozmieszczenia półek f) Drzwi pełne g) Zakres temperatury otoczenia do +300°C h) Protokół kontroli jakości w +105°C i) Wyświetlacz cyfrowy do sterowania temp. j) Otwór do wprowadzania zewnętrznego czujnika temp. k) Sygnalizacja otwartych drzwi l) Gwarancja 24 m-ce
<b>Zadanie nr 2: Dostawa 4 szt. szafy suszarkowej o pojemności min. 700l.</b>
a) Min. 12 półek drucianych b) Napięcie [V] 230 c) Zakres temperatury pracy [°C] do +330°C

<p>Parametry sprzętowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>d) Obudowa z blachy malowanej proszkowo</li> <li>e) Wnętrze ze stali nierdzewnej kwasoodpornej,</li> <li>f) Regulowana wysokość rozmieszczenia półek</li> <li>g) Drzwi pełne</li> <li>h) Wyświetlacz cyfrowy do sterowania temp.</li> <li>i) Otwór do wprowadzania zewnętrznego czujnika temp.</li> <li>j) Sygnalizacja otwartych drzwi</li> <li>k) Gwarancja 24 miesiące</li> </ul>
<p><b>Zadanie nr 3: Dostawa 2 szt. suszarek o pojemności min. 200l z wymuszonym obiegiem powietrza.</b></p>
<p>Parametry sprzętowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Wymuszony obieg powietrza</li> <li>b) Obudowa z blachy malowanej proszkowo</li> <li>c) Wnętrze ze stali nierdzewnej kwasoodpornej,</li> <li>d) Regulowana wysokość rozmieszczenia półek</li> <li>e) Drzwi pełne</li> <li>f) Zakres temp. otoczenia do +300°C</li> <li>g) Protokół kontroli jakości w +105°C</li> <li>h) Wyświetlacz cyfrowy do sterowania temp.</li> <li>i) Otwór do wprowadzania zewnętrznego czujnika temp.</li> <li>j) Sygnalizacja otwartych drzwi</li> <li>k) Gwarancja 24 miesiące</li> </ul>
<p><b>Zadanie nr 4: Dostawa 5 szt. suszarek o pojemności min. 100l z wymuszonym obiegiem powietrza.</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Min. 5 półek drucianych</li> <li>b) Wymuszony obieg powietrza</li> <li>c) Obudowa z blachy malowanej proszkowo</li> <li>d) Komora robocza ze stali nierdzewnej</li> <li>e) Regulowana wysokość rozmieszczenia półek</li> <li>f) Drzwi pełne</li> <li>g) Zakres temperatury otoczenia do +300°C</li> <li>h) Protokół kontroli jakości w +105°C</li> <li>i) Wyświetlacz cyfrowy do sterowania temp.</li> <li>j) Otwór do wprowadzania zewnętrznego czujnika temp.</li> <li>k) Sygnalizacja otwartych drzwi</li> <li>l) Gwarancja 24 m-ce</li> </ul>

*Aktualna wersja SWZ po modyfikacji zostanie zamieszczona w profilu nabywcy Zamawiającego.*

*Przewodniczący Komisji Przetargowej*