

**Wykonawcy biorący
udział w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa tlenu sprężonego technicznego i medycznego wraz z dzierżawą butli dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 241-5”.

Nr postępowania: 702500350

- I.** Zamawiający działając w oparciu o art. § 32 ust. 2 „Regulaminu udzielania zamówień w Polskiej Grupie Górniczej” odpowiada na pytanie dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Pytanie i odpowiedź przedstawia się następująco:

Pytanie 1:

Tlen ma być dostarczany o pojemności minimum 40 litrów, czy zatem dopuszczają Państwo butle 50 L o ciśnienie 200bar?

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający informuje, iż w zakresie części zamówienia nr 1 dopuszcza możliwość dostarczenia tlenu w butlach 50 l. o ciśnieniu 200 bar i dokona stosownej modyfikacji zapisów SWZ.

- II.** Zamawiający działając w oparciu o § 32 ust. 5 Regulaminu udzielania zamówień w Polskiej Grupie Górniczej S.A., dokonuje modyfikacji treści Załącznika nr 1 Specyfikacji Warunków Zamówienia w zakresie części zamówienia nr 1, ust. B pkt 2, który otrzymuje brzmienie:

„2. Tlen dostarczany w butlach o pojemności wodnej 40 - 50 litrów lub w wiązkach butli o pojemności wodnej 40 - 50 litrów, składających się z minimum 12 butli, umieszczonych na palecie. Butle muszą być zaplombowane, ciśnienie gazu w 15°C 150 bar dla butli o pojemności wodnej 40 litrów oraz 200 bar dla butli o pojemności wodnej 50 litrów, oznakowanie powinno zawierać wszystkie zalecenia zgodne z zgodne z Obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2022r w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o substancjach niebezpiecznych i ich mieszanin tj. Dz. U. z 2022r. poz. 1816.”

Przewodniczący Komisji Przetargowej