



**Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu**

Dotyczy: zapytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego objętego ustawą Prawo zamówień publicznych pn.: „Dostawa mierników pomiaru stężeń gazów kopalnianych oraz osprzętu dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 332-17”

– nr sprawy: 702401173

Działając w oparciu o art. 135 ust. 1, 2, 6 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.) Zamawiający odpowiada na zapytanie do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Pytanie

„Czy Zamawiający w zadaniu 2 i 3 dopuszcza przyrząd wyposażony w akumulator składający się z dwóch ogniw 2.1 Ah, których łączna pojemność pozwala na pracę urządzenia do 47 godzin, co wyczerpuje ponad 3-krotnie wymaganie Zamawiającego co do czasu pracy urządzenia z pozycji 8.

Spełnienie wymogu rodzaju zasilania min. 6 Ah nie wpływa na żaden praktyczny aspekt pracy mierników a powoduje uniemożliwienie złożenia oferty na jakiegokolwiek urządzenie równoważne.”

Odpowiedź

Zamawiający nie określił wymagań co do ilości ogniw w akumulatorze oraz podał minimalne wartości w zakresie rodzaju zasilania oraz czasu pracy.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Jednocześnie informuję iż ocena złożonych ofert zostanie dokonana bez zbędnej zwłoki poczynsz od dnia otwarcia ofert.

Przewodniczący Komisji Przetargowej