

**Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia nieobjętego przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego pn. *Wykonanie oznaczeń parametrów fizyko – chemicznych węgla energetycznych koksowych oraz węgla handlowego produkowanych w Oddziałach Polskiej Grupy Górnicznej S.A i badań biegłości poprzez porównanie międzylaboratoryjne w ramach struktur Polskiej Grupy Górnicznej S.A. (nr spr. 702400098)*

Zamawiający, zgodnie z § 32 ust.3 *Regulaminu udzielania zamówień w Polskiej Grupie Górnicznej S.A.* przedstawia treść zapytań dotyczącego SWZ wraz z wyjaśnieniem:

Pytanie 1. Czy Zamawiający oczekuje akredytowanych badań do wszystkich parametrów, czy część może być zrealizowana zgodnie z dobrą praktyką laboratoryjną?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza wymóg posiadania akredytacji dla wszystkich parametrów.

Pytanie 2. W zakresie zadania związanego z badaniami biegłości - kto przygotowuje próbki - próbki mają być laboratoryjne czy analityczne - jakie parametry powinny być oceniane, - czy oceniane parametry mają być w zakresie akredytacji organizatora badań biegłości?

Odpowiedź: Przedmiotem badań biegłości jest próbka analityczna węgla kamiennego, przygotowana przez Wykonawcę. Zakres badań obejmuje następujące parametry:

- zawartość popiołu w stanie suchym
- zawartość wilgoci
- zawartość siarki całkowitej
- zawartość węgla całkowitego
- zawartość wodoru całkowitego
- zawartość chloru
- ciepło spalania

Wymagana jest akredytacja na przeprowadzanie badań biegłości poprzez porównanie międzylaboratoryjne.

Pytanie 3. Jako Spółka należąca do Grupy Kapitałowej (nazwa) jesteśmy zobligowani do umieszczania poszczególnych klauzul w podpisywanych umowach. Proszę o wyrażenie zgody na wprowadzenie poniższych klauzul do przedstawionych przez Państwa Istotnych Postanowień Umowy (...).

Odpowiedź: Wykaz klauzuli proponowanych do wprowadzenia przez jednego Wykonawcę do umowy, w związku z obowiązującą u tego Wykonawcy polityką korporacyjną nie stanowi zapytań czy propozycji modyfikacji SWZ, która musi być transparentna i identyczna dla wszystkich potencjalnych wykonawców.

Zamawiający na etapie zawierania umowy z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę w ramach poszczególnych zadań gotów jest ewentualnie wprowadzić indywidualne zapisy do umowy, przy czym nie mogą one stać w sprzeczności do zapisów zawartych w Załączniku nr 5 do SWZ (IPU) oraz nie będą zagrażały interesom PGG S.A.

W imieniu Zamawiającego

.....